

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÓBIDOS**

CNPJ Nº 11.884.818/0001-30 - Fone: (93) 3547-3026/2979

Rua: Almirante Barroso, 330 – Centro – CEP: 68250-000

E-mail: semsaobidos@yahoo.com.br

2018

VALOR R\$

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID	www.fns.saude.gov.br	VALOR MÉDIO	VALOR MÉDIO TOTAL
1	Autoclave Horizontal de Mesa: Câmara de esterilização em Aço inoxidável, com modo de operação digital, capacidade de 30 Litros, não possui acessórios	2	Und	Os valores médios são baseados conforme TERMO DE COMPROMISSO anexo a este documento conforme orientação do MS para aquisição dos referidos equipamentos.	R\$ 3.800,00	R\$ 7.600,00
2	Cadeira Odontológica Completa (Equipo/Sugador/refletor): Cadeira utilizada para procedimentos odontológicos acompanhando o equipo, o sugador e o refletor. Com no mínimo 03 Terminais, Cabeceira articulada, comando na cadeira através de pedal, Equipo tipo cart ou acoplado ou acoplado Pneumático, refletor monofocal, cuba de porcelana/Cerâmica, Unidade Auxiliar com 01 Sugador, com seringa triplice, com caneta de rotação, com conta ângulo,, com peça reta e com micro motor.	2	Und		R\$ 18.000,00	R\$ 36.000,00
3	Compressor Odontológico: Com capacidade de 30 L/1, potência de 1,5 HP/6 e consumo de 7 pés e isento de óleo	2	Und		R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
4	Mocho: Material em aço carbono, com encosto e regulagem a gás	2	Und		R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
5	Mesa Auxiliar: Material em aço inoxidável medindo 40 x40 x 80 cm,* com rodízios	1	Und		R\$ 600,00	R\$ 600,00
TOTAL MÉDIA GLOBAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS					R\$	49.700,00

DESCRIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

**AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)
(CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS: DIGITAL/ ATÉ 25
LITROS/ NÃO POSSUI)**

Nos sistemas para cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO:

Opção 1: AÇO INOXIDÁVEL.

- MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS:

Opção 1: ANALÓGICO/ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI

Opção 2: ANALÓGICO/DE 26 A 45 LITROS/NÃO POSSUI

Opção 3: DIGITAL/ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI

Opção 4: DIGITAL/ATÉ 25 LITROS/IMPRESSORA

Opção 5: DIGITAL/DE 26 A 45 LITROS/NÃO POSSUI

Opção 6: DIGITAL/DE 26 A 45 LITROS/IMPRESSORA

Opção 7: DIGITAL/ACIMA DE 46 LITROS/NÃO POSSUI

Opção 8: DIGITAL/ACIMA DE 46 LITROS/BOMBA DE VÁCUO

Opção 9: DIGITAL/ACIMA DE 46 LITROS/BOMBA DE VÁCUO E IMPRESSORA.

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (equipo/ sugador/ refletor)

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- TERMINAIS:

Opção 1: NO MÍNIMO 03

- CABECEIRA:

Opção 1: ARTICULADA

Opção 2: BIARTICULADA

- COMANDO DA CADEIRA:

Opção 1: PEDAL

- EQUIPO:

Opção 1: TIPO CART OU ACOPLADO

Opção 2: ACOPLADO PNEUMÁTICO

- REFLETOR:

Opção 1: MONOFOCAL

Opção 2: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)

- CUBA:

Opção 1: PORCELANA/ CERÂMICA

- UNIDADE AUXILIAR:

Opção 1: 01 SUGADOR

Opção 2: 02 SUGADORES

- SERINGA TRÍPLICE:

Opção 1: POSSUI

- CANETA DE ROTAÇÃO:

Opção 1: POSSUI

- CONTRA ÂNGULO:

Opção 1: POSSUI

- PEÇA RETA:

Opção 1: POSSUI

- MICRO MOTOR:

Opção 1: POSSUI

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO:

Opção 1: 30 A 39 L/ 1 A 1,5HP/ 6 A 7 PÉS

Opção 2: 40 A 49 L/ 1 A 2HP/ 7 A 8 PÉS

Opção 3: 50 A 69 L/ 1,5 A 2,5HP/ 8 A 12 PÉS

Opção 4: 70 A 100 L/ 2 A 2,5HP/ 12 PÉS

- ISENTO DE ÓLEO:

Opção 1: SIM

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

MOCHO

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- MATERIAL DE CONFECÇÃO

Opção 1: AÇO CARBONO

Opção 2: AÇO/FERRO COROMADO

- ENCOSTO

Opção 1: POSSUI

Opção 2: NÃO POSSUI

- REGULAGEM DE ALTURA

Opção 1: A GÁS

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

MESA AUXILIAR

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO:

Opção 1: 40 X 40 X 80 (CM)/AÇO INOXIDÁVEL

Opção 2: 40 X 40 X 80 (CM)/AÇO FERRO PINTADO

Opção 3: 40 X 60 X 80 (CM)/AÇO INOXIDÁVEL

Opção 4: 40 X 60 X 80 (CM)/AÇO FERRO PINTADO

Opção 5: 120 X 40 X 80 (CM) SEMI CIRCULAR/AÇO INOXIDÁVEL

Opção 6: 120 X 40 X 80 (CM) SEMI CIRCULAR / AÇO/FERRO PINTADO

- RODÍZIOS:

Opção 1: POSSUI

Opção 2: NÃO POSSUI

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Equipamentos e Materiais Permanentes

Resultado da Consulta

Programa Estratégico

ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

Componente

SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE

Tipo Unidade

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA

Tipo de Serviço

Núcleo de Atenção à Saúde Bucal

Ambiente

Consultório Odontológico

Equipamento	Sinônimos	Classificação	Ações
Amalgamador Odontológico	Misturador para amálgama, Processador de amálgama	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Aparelho de Raio X - Odontológico	Aparelho de Raios-x Odontológico, Raio-X Odontológico	Equipamento Médico-Assist. de Diag. e/ou Terapia	
Aquecedor Endodôntico para Gutta Percha	Termocompactador	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Ar Condicionado	Ar Condicionado	Item de Infraestrutura	
Armário	Armário	Item de Uso Geral Não Hospitalar/Mobiliário	
Armário Vitrine	Armário Vitrine com Porta, Estante para Medicamentos	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Articulador Odontológico	Articulador	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	Autoclave Odontológica, Esterilizadora Odontológica, Autoclave Horizontal Odontológica	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	Bebedouro, Bebedouro Elétrico, Resfriador D'água	Item de Uso Geral Não Hospitalar/Mobiliário	
Biombo Plumbífero	Biombo de Chumbo, Biombo Radiológico	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Bisturi Elétrico (até 150 W)	Eletrocautério, Bisturi Elétrico	Equipamento Médico-Assist. de Diag. e/ou Terapia	
Bomba de Vácuo até 2HP/CV	Bomba Geradora de Vácuo	Item de Infraestrutura	
Cadeira Odontológica	Cadeira Odontológica, Cadeira para Dentista.	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	Cadeira para Dentista completa, Cadeira para Odontologia, Consultório odontológico.	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Câmara Escura Odontológica	Câmara Escura de Revelação Odontológica	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Compressor Odontológico	Compressor de ar Odontológico	Item de Infraestrutura	
Destilador de Água	Destilador de Água, Desmineralizador.	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Equipo Cart Odontológico	Equipo Cart Odontológico.	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Estante	Estante	Item de Uso Geral Não Hospitalar/Mobiliário	
Exaustor para Câmara Escura	Exaustor para Câmara Escura	Item de Infraestrutura	
Fotopolimerizador de Resinas	Aparelho Fotopolimerizador de Resinas, Fotopolimerizador, Sistema fotopolimerizador	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Jato de Bicarbonato	Jato de Bicarbonato	Equipamento Médico-Assist. de Diag. e/ou Terapia	
Localizador de Ápice	Localizador de Ápice, Localizador Apical.	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Mesa Auxiliar	Mesa Auxiliar, Mesa de Apoio	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Micro Jato para Prótese Dentária	Micro Jato para Prótese Dentária	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Mocho	Cadeira ou Banco Giratório, Mocho	Item de Apoio Médico Hospitalar	

Equipamento	Sinónimos	Classificação	Ações
Negatoscópio	Negatoscópio, Visualizador de RX, Visualizador Radiográfico	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Plastificadora para uso Odontológico	Plastificadora à Vácuo Odontológica	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Refletor Odontológico	Refletor Odontológico	Item de Apoio Médico Hospitalar	
Ultrassom Odontológico	Ultrassom Odontológico	Equipamento Médico-Assist. de Diag. e/ou Terapia	
Unidade Auxiliar com Sugador	Unidade Auxiliar com Sugador	Item de Apoio Médico Hospitalar	

Detalhe Equipamento

Equipamento

Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)

Tipo de Serviço

Núcleo de Atenção à Saúde Bucal

Setor

Serviço sem setor

Ambiente

Consultório Odontológico

Programa Estratégico

ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

Componente

SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE

Tipo Unidade

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA

Nomenclatura

Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)

Sinônimos

Autoclave Odontológica, Esterilizadora Odontológica, Autoclave Horizontal Odontológica

Definição e Aplicação

Autoclave horizontal de bancada à vapor para esterilização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
10551	E006	N	Item de Apoio Médico Hospitalar

Ver Especificação Sugerida**Preço Sugerido**

R\$ 3.800,00

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas para cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO:

Opção 1: AÇO INOXIDÁVEL.

- MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS:

Opção 1: ANALÓGICO/ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI

Opção 2: ANALÓGICO/DE 26 A 45 LITROS/NÃO POSSUI

Opção 3: DIGITAL/ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI

- Opção 4: DIGITAL/ATÉ 25 LITROS/IMPRESSORA
Opção 5: DIGITAL/DE 26 A 45 LITROS/NÃO POSSUI
Opção 6: DIGITAL/DE 26 A 45 LITROS/IMPRESSORA
Opção 7: DIGITAL/ACIMA DE 46 LITROS/NÃO POSSUI
Opção 8: DIGITAL/ACIMA DE 46 LITROS/BOMBA DE VÁCUO
Opção 9: DIGITAL/ACIMA DE 46 LITROS/BOMBA DE VÁCUO E IMPRESSORA.

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
ALLIAGE SA INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA	http://www.figlabs.com.br	(16)35121212
EVOMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME	http://www.evomax.ind.br	(16)36234855
FANEM LTDA.	http://www.fanem.com.br/	(11)29725700
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	http://www.medpej.com.br	(16)32380300
SANDERS DO BRASIL	http://www.sandersdobrasil.com.br	(35)34730056

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)

Tipo de Serviço

Núcleo de Atenção à Saúde Bucal

Setor

Serviço sem setor

Ambiente

Consultório Odontológico

Componente

SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE

Programa Estratégico

ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

Tipo Unidade

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA

Nomenclatura

Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)

Sinônimos

Cadeira para Dentista completa, Cadeira para Odontologia, Consultório odontológico.

Definição e Aplicação

Cadeira utiliza para realizar procedimentos odontológicos. Acompanha o equipo, o sugador e o refletor.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
519		N	Item de Apoio Médico Hospitalar

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 18.000,00

TERMINAIS: NO MÍNIMO 3
CABECEIRA: ARTICULADA
COMANDO DA CADEIRA: PEDAL
EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO
REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)
CUBA: PORCELANA/CERÂMICA
UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR
SERINGA TRÍPLICE: POSSUI
CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI
CONTRA ÂNGULO: POSSUI
PEÇA RETA: POSSUI
MICRO MOTOR: POSSUI.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser

selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- TERMINAIS:

Opção 1: NO MÍNIMO 03

- CABECEIRA:

Opção 1: ARTICULADA

Opção 2: BIARTICULADA

- COMANDO DA CADEIRA:

Opção 1: PEDAL

- EQUIPO:

Opção 1: TIPO CART OU ACOPLADO

Opção 2: ACOPLADO PNEUMÁTICO

- REFLETOR:

Opção 1: MONOFOCAL

Opção 2: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)

- CUBA:

Opção 1: PORCELANA/ CERÂMICA

- UNIDADE AUXILIAR:

Opção 1: 01 SUGADOR

Opção 2: 02 SUGADORES

- SERINGA TRÍPLICE:

Opção 1: POSSUI

- CANETA DE ROTAÇÃO:

Opção 1: POSSUI

- CONTRA ÂNGULO:

Opção 1: POSSUI

- PEÇA RETA:

Opção 1: POSSUI

- MICRO MOTOR:

Opção 1: POSSUI

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Compressor Odontológico

Setor

Serviço sem setor

Programa Estratégico

ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

Tipo Unidade

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA

Tipo de Serviço

Núcleo de Atenção à Saúde Bucal

Ambiente

Consultório Odontológico

Componente

SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE

Nomenclatura

Compressor Odontológico

Sinônimos

Compressor de ar Odontológico

Definição e Aplicação

Equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requeiram ar comprimido.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
3119		N	Item de Infraestrutura

[Ver Especificação Sugerida](#)**Preço Sugerido**

R\$ 2.200,00

CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO: 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS
ISENTO DE ÓLEO: SIM

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO:

- Opção 1: 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS
- Opção 2: 40 A 49 L/ 1 A 2HP/ 7 A 8 PÉS
- Opção 3: 50 A 69 L/ 1,5 A 2,5HP/ 8 A 12 PÉS
- Opção 4: 70 A 100 L/ 2 A 2,5HP/ 12 PÉS

- ISENTO DE ÓLEO:

Opção 1: SIM

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
SANDERS DO BRASIL	http://www.sandersdobrasil.com.br	(35)34730056

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Mocho

Tipo de Serviço

Núcleo de Atenção à Saúde Bucal

Setor

Serviço sem setor

Ambiente

Consultório Odontológico

Programa Estratégico

ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

Componente

SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE

Tipo Unidade

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA

Nomenclatura

Mocho

Sinônimos

Cadeira ou Banco Giratório, Mocho

Definição e Aplicação

Tipo de cadeira giratória para facilitar a movimentação e precisão em procedimentos médicos cirurgicos, muito utilizado em consultórios odontológicos.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
2954	M044	N	Item de Apoio Médico Hospitalar

Ver Especificação Sugerida**Preço Sugerido**

R\$ 550,00

- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO
- ENCOSTO: POSSUI
- REGULAGEM DE ALTURA: A GÁS

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- MATERIAL DE CONFECÇÃO
 - Opção 1: AÇO CARBONO
 - Opção 2: AÇO/FERRO COROMADO
- ENCOSTO
 - Opção 1: POSSUI

Opção 2: NÃO POSSUI

- REGULAGEM DE ALTURA

Opção 1: A GÁS

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
APRAMED - WILSON MARCOS MAZARI - EPP	http://www.apramed.com.br	(16)33061122
MEDI SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	http://www.medisau.de.ind.br	(62)32780223
XENONIO INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	http://www.xenonio.com.br	(11)58213481

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Mesa Auxiliar

Setor

Serviço sem setor

Programa Estratégico

ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

Tipo de Serviço

Núcleo de Atenção à Saúde Bucal

Ambiente

Consultório Odontológico

Componente

SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE

Tipo Unidade

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA

Nomenclatura

Mesa Auxiliar

Sinônimos

Mesa Auxiliar, Mesa de Apoio

Definição e Aplicação

Mesa auxiliar destinada ao apoio de recursos médico-assistenciais, utilizada em ambientes hospitalares.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
2102	E083	N	Item de Apoio Médico Hospitalar

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 600,00

- DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO: 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL
- RODÍZIOS: POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	http://www.gigante.com.br	(16)39691000
LANCO LTDA.	http://www.lanco.com.br	(15)33639234
MAQLIMP INDUSTRIA DE MÁQUINAS PARA LIMPEZA LTDA	http://www.maqlimp.com.br	(54)30275218
MEDI SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	http://www.medisau.de.ind.br	(62)32780223

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br